

HIGH LEVEL
DESINFECTIEMIDDEL

ANIOS OXI'ZYME
en BANDELETTES ANIOS OXI'ZYME (Teststroken)

HIGH LEVEL ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR TEMPERATUURGEVOELIGE INSTRUMENTEN EN ENDOSCOPEN

- Eerste high level desinfectiemiddel met biochemische reactie
- Maakt perazijnzuur aan in 15 minuten
- Volledig spectrum in 5 minuten
- Geoptimaliseerde opslag en transport
- Formule zonder azijnzuur
- Uitstekend compatibel met medical devices
- Roze verkleuring van het bad (vloeistof): indicator voor productaanwezigheid
- Strips om de werkzaamheid van het bad (vloeistof) te testen



ECOLAB®
www.ecolab.com

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company
www.anios.com

ANIOS OXI'ZYME


High level ontsmettingsmiddel voor temperatuurgevoelige instrumenten en endoscopen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Geen azijnzuurdampen: veiliger voor gebruikers
- Gebruiksvriendelijkheid
- Bewezen doeltreffendheid van het product bevat 1000 ppm perazijnzuur
- Bewezen stabiliteit van perazijnzuur: 7 dagen
- Corrosie van metalen onder controle door de aanwezigheid van anticorrosieve middelen
- De ontsmettingsoplossing bevat 2000 ppm van 1000 ppm PAA (na activering, concentratiegrens gedetecteerd met behulp van strips)

INSTRUCTIONS FOR USE

BADVOLUME	AANTAL TOE TE VOEGEN DRIEDUBBELE FLESSEN
5 L	1 driedubbele fles
10 L	2 driedubbele fles
15 L	3 driedubbele fles
20 L	4 driedubbele fles



1. Om een homogene oplossing te verkrijgen, vul je het bad met ongeveer 2 L leidingwater
- Giet de inhoud van de drie flessen er tegelijkertijd in en vul vervolgens aan met water tot 5 liter
- Wacht voor het eerste gebruik minstens 15 minuten (tijd nodig voor activering van het product)
- Controleer het perazijnzuurgehalte met een Anios Oxi'Zyme-teststrip voordat je het product de 1e keer laat weken
- Dompel het eerder gereinigde en gespoelde medische hulpmiddel onder
- Respecteer een contacttijd van 5 minuten

Om de doeltreffendheid van de desinfecterende oplossing te garanderen, controleert u het perazijnzuurniveau met een teststrip, aan het begin van de sessie, bij het hervatten van de activiteit na een onderbreking en om de vier uur in geval van opeenvolgende activiteit. Maximale opslag van het inweekbad: 7 dagen.

2. Spoel overvloedig met steriel of gefilterd water volgens DM-criteria om alle productsporen te verwijderen.

3. Droog het medische hulpmiddel goed af.

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

WERKINGSSPECTRUM	CONTACTTIJD
Bacteriedodend* - Volgens EN 13727/EN 14561	5 min
Gistdodend* - Volgens EN 13624/EN 14562	5 min
Schimmeldodend* - Volgens EN 13624/EN 14562	5 min
Mycobactericide* - Volgens EN 14348/EN 14563	5 min
Virucide* - Volgens EN 14476	5 min
Adenovirus* - Volgens EN 14476/EN 17111	5 min
Norovirus* - Volgens EN 14476/EN 17111	5 min
Sporicide* tegen C. difficile/B. subtilis - Volgens EN 17126	5 min

*schone omstandigheden

VERPAKKING EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKINGSEENHEID	BESTELCODE
Anios Oxi'Zyme	12 x driedubbele flessen	2930.804
Anios Oxi'Zyme	Teststrips perazijnzuur 1000 ppm (50 per doos)	100.125

CE
0459

TOEPASSINGSGEBIED

High level desinfectiemiddel voor temperatuurgevoelige instrumenten en endoscopen.

INGREDIËNTEN

Extemporaine productie van perazijnzuur verdund in water.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Om een homogene oplossing te verkrijgen, vul het bad met ongeveer 2 L leidingwater
- Giet de inhoud van de drie flessen er tegelijkertijd in en vul vervolgens aan tot 5 L met water
- Wacht voor het eerste gebruik minstens 15 minuten (tijd nodig voor activering van het product)
- Controleer het perazijnzuurgehalte met een ANIOS OXI'ZYME-teststrip voordat u het product de 1e keer laat weken.
- Het eerder gereinigde en gespoelde medische hulpmiddel onderdompelen
- Respecteer een contacttijd van 5 minuten

Om de doeltreffendheid van de desinfecterende oplossing te garanderen, controleert u het perazijnzuurniveau met een teststrip, aan het begin van de sessie, bij het hervatten van de activiteit na een onderbreking en om de vier uur in geval van opeenvolgende activiteit. Maximale opslag van het inweekbad: 7 dagen.

2. Spoel grondig met steriel of gefilterd water, afhankelijk van de kriticiteit van de MD, om elk spoor van product te verwijderen.

3. Droog het medisch hulpmiddel goed af.

OPSLAG


Gevaarlijk - respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik (opgesteld volgens de geldende Europese regels voor de classificatie en etikettering van chemische producten). Opslag: van +5°C tot +25°C. Rechtop bewaren.

CERTIFICATEN

Medisch hulpmiddel. De volledige antimicrobiële activiteit voor Anios Oxi'Zyme is opgenomen in het wetenschappelijk dossier, dat op verzoek verkrijgbaar is.

RICHTLIJNEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Lees het etiket en de productinformatie.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

BANDELETTES ANIOS OXI'ZYME (Teststroken)

INDICATIES

50 Strookjes voor de controle van het perazijnzuurgehalte in de opnieuw samengestelde oplossing ANIOS OXI'ZYME HL.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Dompel het strookje gedurende één seconde onder, haal het eruit en schud ermee om de overtollige vloeistof te verwijderen
- Lezen na 10 seconden:
  Egaal zwart over het hele reagensvlak: CONFORM
  Niet-homogene kleuring, vertoont witte stippen, kleur vervaagt snel: NIET CONFORM
- Een resultaat dat meer dan 15 seconden na de onderdompeling verkregen werd, nooit interpreteren
- Zie de gebruiksaanwijzing op het etiket van ANIOS OXI'ZYME - ANIOS OXI'ZYME HL, voor de gebruiksfrequentie

BEWARING

De tube opnieuw sluiten nadat u er een strookje uitgenomen heeft. Uit de buurt van vocht bewaren. De vervaldatum die op het etiket staat naleven. Kan 90 dagen na het openen bewaard worden. Bewaren tussen +5°C en +25°C.


VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Volg bij het afvoeren van het product en de verpakking alle voorzorgsmaatregelen. Voorbehouden voor professioneel gebruik.


CE


LEZEN NA 10 SECONDEN:

Conform
Egaal zwart over het hele reagensvlak



Niet Conform
Niet-homogene kleuring, vertoont witte stippen, kleur vervaagt snel





ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Verdeeld door:

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

www.ecolab.com

www.anios.com

© 2025 Ecolab. All rights reserved. HC-IR-A.OXIZ-5042-1-NL-0125